

Juiz de Fora, 03 de setembro de 2019.

**Pregão Eletrônico nº 063/19**

**Objeto: Aquisição de Bomba de Vácuo, Incubadora, Ultrapurificador de Água, Microscópio Óptico, Banho Ultrassônico, Micropipeta Automática, Centrífuga de Bancada, Rack para Tubos, Espectrofotômetro, Refrigerador, Reator para DQO, Ponteira 1 – 10 mL e Tubo de Centrifugação para a CESAMA.**

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº 063/19 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

**QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)**

**Q<sup>1</sup>:** Houve questionamento sobre a possibilidade de alterar o prazo de entrega do item 4 - MICROSCOPIO OPTICO VERTICAL para 120 (cento e vinte) dias.

**R<sup>1</sup>:** A área técnica da Cesama acatou esse pedido e foi providenciada alteração no Termo de Referência.

**Q<sup>2</sup>:** “seja retirada do item 10 do edital a referência ao equipamento de marca Indrel”

**R<sup>2</sup>:** No item 10 foi inserido o texto “Referencia: RC 430D – Indrel ou equivalente”.

**Q<sup>3</sup>:** “sejam afastados os descritivos do equipamento (item 10) que induzam ao equipamento produzido pela fabricante Indrel – Indústria de Refrigeração Londrinense, incluindo a palavra aproximadamente nas exigências sobre as dimensões do equipamento e na capacidade volumétrica alterar para 420 a 430 litros”

**R<sup>3</sup>:** No item 10 foi inserido o texto “Dimensões aproximadas (cm): 195A x 75L x 85P; Capacidade: 420 a 430 litros úteis”

**Q<sup>4</sup>:** “seja retirada a exigência de certificação ISO, FDA ou CE.”

**R<sup>4</sup>:** Pedido acatado, sendo retiradas tais exigências do Termo de Referência.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Paulo Romildo Pires Junior  
Pregoeiro – CESAMA  
(32) 3692-9201 / 9198  
licita@cesama.com.br